



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.05.000.М.000470.05.21 от 27.05.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес) условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ГБУ АО "АКОД" по адресам согласно приложению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР", 163045, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, 145, корп. 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 20.05.2021 № Ц-903/464 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710030, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510413, выданный Федеральной службой по аккредитации).



Заключение действительно до 27.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бузинов Р.В.  
И.О., подпись, печать



№ 3239154





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

29.01.05.000.М.000470.05.2021

27.05.2021 г.

№

от

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области  
использования источников ионизирующего излучения –  
эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения:

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ
Аппарат для контактной лучевой терапии Varian «GammaMed Plus iX», заводской номер Н 641294, 2020 г.в. Закрытый ИИИ типа GM232.02-000-SFC, иридий-192. Максимальная разрешенная активность 555 ГБк.	Использование по назначению для проведения контактной лучевой терапии. Хранение.	Радиологический корпус (радиотерапевтическое отделение № 2) на 1-м этаже по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.145, корп.5
Ангиографическая система Azurion 7 M20, заводской номер 703649, 2020 г.в.	Использование по назначению для проведения медицинских рентгенодиагностических исследований. Хранение.	Рентгенооперационная на 3-м этаже 3-этажного корпуса по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.145, корп.1



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*Бузинов Р.В.*  
Ф. И. О. – подпись, печать  
Бузинов Р.В.

