



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.05.000.M.000097.02.20 ОТ 13.02.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес);
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ГБУ АО "АКОД" по адресам согласно приложению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР", 163045, г. Архангельск, пр. Обводный канал, 145, корп. 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 29.01.2020 № Ц-346/22 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" (аттестат аккредитации № RA.RU.710030 от 10.06.2015).



Заключение действительно до 13.02.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бузинов Р.В.

Ф.И.О., подпись, печать

№ 3175323



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 29.01.05.000.М.000097.02.20 ОТ 13.02.2020 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения –
эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения:

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ
Система диагностическая CombiDiagnost (1, 2, 3 рабочие места) с УРИ, заводской номер SN18000072, 2018г.в., 150 кВ.	Использование по назначению для проведения медицинских рентгенодиагностических исследований. Хранение.	Рентгенодиагностический кабинет на 2-м этаже 3-этажного здания диспансера по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.145, корп.1
Компьютерный томограф «SOMATOM Perspective», заводской номер 78237, 2019г.в., 130 кВ.	Использование по назначению для проведения медицинских рентгенодиагностических исследований. Хранение.	Кабинет компьютерной томографии на 2-м этаже 3-этажного радиологического корпуса по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.145, корп.5



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ф., И., О., подпись, печать

Бузинов Р.В.

