



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.05.000.М.000504.06.21 от 07.06.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес) Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ГБУ АО "АКОД" по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145, корп. 5 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР", 163045, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, 145, корп. 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения". СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 04.06.2021 № Ц-1073/628 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710030, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510413, выданный Федеральной службой по аккредитации).



07.06.2026 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)



Бузинов Р. В.

Ф.И.О. подпись, печать

№ 3239188



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

29.01.05.000.М.000504.06.2021

07.06.2021 г.

№

от

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения –
эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения:

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ
Система лучевой терапии (линейный ускоритель) Varian Halcyon на 6 МэВ, серийный номер 1394, 2020 г.в.	Использование по назначению для проведения лучевой терапии. Хранение.	Процедурная радиотерапевтического отделения № 1 на 1-м этаже радиологического корпуса по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.145, корп.5.
Система лучевой терапии (линейный ускоритель) Varian Halcyon на 6 МэВ, серийный номер 1397, 2020 г.в.	Использование по назначению для проведения лучевой терапии. Хранение.	Процедурная радиотерапевтического отделения № 1 на 1-м этаже радиологического корпуса по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.145, корп.5.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Р.В. Бузинов
Ф. И. О. подпись, печать



Бузинов Р.В.