



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.05.000.М.000702.07.22

от 25.07.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ГБУ АО "АКОД" по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145, корп. 5 (1-й этаж) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР", 163045, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145, корп. 1 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения". СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 18.07.2022 № 1640/21 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710059, выданный Федеральной службой по аккредитации).



Заключение действительно до 25.07.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3411096



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 29.01.05.000.M.000702.07.22 ОТ 25.07.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения –
эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения:

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ
Система роботизированная радиотерапевтическая медицинская Elekta Infinity с принадлежностями, заводской номер 156661, 2021 г.в., 10 МэВ.	Использование по назначению для лечения злокачественных опухолей различной локализации методом дистанционной лучевой терапии в стационарных условиях. Хранение.	В процедурной радиологического корпуса, расположенного на 1-м этаже одноэтажного здания.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

